



# POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5,  
tel. 061-8170-033; fax. 061-8170-166;

e-mail: [idekornik@man.poznan.pl](mailto:idekornik@man.poznan.pl)

[www.idpan.poznan.pl](http://www.idpan.poznan.pl)

---

Kórnik, 02 kwietnia 2009 roku

## Ogłoszenie

W związku z zapytaniem w sprawie wyjaśnienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż dwóch komór klimatycznych:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie na komputer w języku angielskim?

2. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu wymaganej wilgotności względnej.”

udzielono następującej odpowiedzi:

1. Nie dopuszcza się oprogramowanie na komputer w języku angielski. Dopuszczalna jedynie jest wersja z językiem polskim.

2. Zakres wymaganej wilgotności względnej jest w przedziale od 50 do 70 % z tolerancją 5 %.

Naczelny Inżynier

Witold Jakubowski