



INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
www.idpan.poznan.pl

tel.: 61 817 00 33
fax: 61 817 01 66
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

Kórnik, 13.07.2022 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania nr 2022/130000/15 z dnia 11.07.2022 r. pn. „Dostawa pieca mufowego wraz z akcesoriami dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.”

W dniu 12.07.2022 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące pytanie:

1. „Czy Zamawiający zaakceptuje stół z szafką laminowaną, ponieważ na szafki metalowe jest wydłużony czas oczekiwania?”.
2. „Proszę o podanie numerów referencyjnych produktów (tygli i pokrywek) z zadania 3, 4 i 5”.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zaakceptuje stół z szafką laminowaną wykonaną z materiałów dedykowanych do prac laboratoryjnych.
2. Dla zadania 3 Zamawiający dopuszcza np. Nabertherm, nr katalogowy: 699000279, lub produkt równoważny spełniający minimalne wymagania podane w treści ogłoszenia. Dla Zadania 4 Zamawiający nie jest w stanie wskazać numeru referencyjnego. Zamawiający wymaga by materiał ceramiczny miał w składzie Al_2O_3 z dodatkiem ok. 1% TiO_2 , a wymiary oraz specyfikacja produktu były zgodne z treścią ogłoszenia. Dla Zadania 5 Zamawiający dopuszcza np. Nabertherm nr katalogowy: 699000985, lub produkt równoważny spełniający minimalne wymagania podane w treści ogłoszenia.

DYREKTOR
INSTYTUTU DENDROLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński