



INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62-035 Kórnik, Parkowa 5
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

tel. 61 817 00 33, fax 61 817 01 66
www.idpan.poznan.pl

Kórnik, 18.03.2022 r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

Postępowania nr 2022/130000/5 z dnia 16.03.2022 r. pn. „Dostawa pipet elektronicznych, dozowników do pipetowania i wytrząsarki dla Instytutu Dendrologii PAN”

W dniu 18.03.2022 r. wpłynęło drogą elektroniczną następujące pytanie:

„Zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę vortex, której temperatura pracy wynosi 5-40°C?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wytrząsarki vortex z temperaturą pracy w zakresie 5-40°C.

DYREKTOR
INSTYTUTU DENDROLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński