



INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
www.idpan.poznan.pl

tel.: 61 817 00 33
fax: 61 817 01 66
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

DAZ.2540.750.2024

2024/130000/26

Odpowiedź na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania pn. „Dostawa zestawu pipet jednokanałowych oraz zestawu pipet elektronicznych”.

19.09.2024 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące pytania:

„Dot. Zadanie 1

Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet o parametrach nie gorszych niż Finnpiptette F2 o numerach 4642060, 4642080, 4642090, 4642100 wraz ze statywem karuzelowym o numerze 9420340?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zamienniki z uwagi na fakt iż cechą pipet Eppendorf jest otwarty system (materiały zużywalne innych producentów), a w przypadku pipet Finnitip F2 konieczne są dedykowane końcówki do określonego modelu pipety.

Kórnik, 23.09.2024 r.

Dyrektor Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński