



# INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Parkowa 5  
62-035 Kórnik  
www.idpan.poznan.pl

tel.: 61 817 00 33  
fax: 61 817 01 66  
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

DAZ.2540.34.2025.7

2025/dla nauki/2

## Odpowiedź na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania pn. „Dostawa dwóch komór laminarnych z wyposażeniem – klasa czystości ISO 3”.

**31.01.2025 r. wpłynęło drogą elektroniczną następujące pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści komory o wysokości całkowitej 2345 mm?

**W odpowiedzi Zamawiający informuje:**

Zamawiający dopuści komory o maksymalnej wysokości całkowitej 2345 mm.

Zastępca dyrektora ds. naukowych  
Instytutu Dendrologii PAN

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

Kórnik, 03.02.2025 r.