



# INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Parkowa 5  
62-035 Kórnik  
www.idpan.poznan.pl

tel.: 61 817 00 33  
fax: 61 817 01 66  
e-mail: idkornik@man.poznan.pl

DAZ.2540.302.2026.4

## Odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania pn. „Dostawa autoklawu”.

### **Dnia 16.04.2026 r. wpłynęło drogą elektroniczną następujące pytania:**

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu o wymiarach szerokość 55 cm / gł. 80 cm + 5 cm rączka / wysokość załadunkowa 76 cm ?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych wymiarach.

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z temperaturą sterylizacji 103-135 stopni. Uzasadnienie programu sterylizacyjnego odbywają się w temp. 121° i 134 °”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych parametrach.

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z uszczelką pompowaną powietrzem?”


#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanym rozwiązaniu.

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z terminem dostawy do 12-14 tygodni od podpisania umowy”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin dostawy urządzenia.

Zastępca dyrektora ds. naukowych  
Instytutu Dendrologii PAN  
  
dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

Kórnik, 21.04.2026 r.