



DAZ.2540.302.2026.3

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania pn. „Dostawa autoklawu”.

Dnia 16.04.2026 r. wpłynęło drogą elektroniczną następujące pytania:

„W nawiązaniu do postępowania o nazwie j. w uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Dot. OPZ, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z obudową wykonaną ze stali zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym?

Tego typu obudowa jest równie trwała i łatwiejsza do utrzymania w czystości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki rodzaj obudowy.

2. Dot. OPZ, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z możliwością programowania temperatury sterylizacji w przedziale wartości 98-136°C ?

Jest to wystarczający zakres do prowadzenia skutecznego procesu wyjaławiania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki zakres temperaturowy.

3. Dot. OPZ, pkt. 17

Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał możliwość szybkiego chłodzenia płynów.

Czy Zamawiający wymaga, aby funkcja szybkiego chłodzenia była realizowana za pomocą płaszcza wodnego tj. wody krążącej w systemie zamkniętym dookoła komory autoklawu?

Tego typu chłodzenie jest najwydajniejsze, a zarazem najbardziej ekonomiczne i oszczędne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga możliwości szybkiego chłodzenia płynów i dopuszcza, aby to chłodzenie było realizowane za pomocą płaszcza wodnego.

4. Dot. OPZ, pkt. 18

Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał opcję równomiernego mieszania pary.
Czy Zamawiający ma na myśli wentylator, umieszczony w pokrywie autoklawu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga opcji równomiernego mieszania pary, za pomocą dowolnego wydajnego rozwiązania.

5. Dot. OPZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wraz z autoklawem wymaga co najmniej dwóch koszy sterylizacyjnych ze stali nierdzewnej, dopasowanych do wymiarów komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, dwa kosze nie są wymagane.

6. Dot. OPZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu. Czy będzie konieczność wnoszenia / znoszenia urządzenia po schodach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wymagane będzie zniesienie autoklawu po schodach do poziomu -1.

Mając na uwadze interes Wykonawców oraz zachowanie zasady uczciwej konkurencji Zamawiający wydłuża **termin składania ofert do 22.04.2026 r. do godziny 15:00.**

Dyrektor Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński, czł. koresp. PAN

Kórnik, 17.04.2026 r.